

Declaración de cumplimiento con las especificaciones
UNE 0064-1 y UNE 0064-2 en lo referente a los materiales a usar
para mascarillas higiénicas no reutilizables

Nombre del emisor del documento: GABRIEL POVEDA VERDU, S.L. con C.I.F. B03442027, Av. Libertad, 52, Polig. Salinetas en 03610 Petrer (Alicante).

Referencia/s de los productos objeto del presente documento: NANOMASK GT.

El emisor de este documento declara lo siguiente, conforme a los datos que se incluyen a continuación:

1. Que el material o la combinación de materiales indicada, es conforme con las especificaciones *UNE 0064-1 y 0064-2, Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso*, de acuerdo con los detalles siguientes:

FICHA DEL MATERIAL

Tejidos para ser usados en la confección de mascarilla de dos capas, de la siguiente forma:

- 1 capa de tejido no tejido nanofibra de 5 gsm, 100% PTFE que constituyen la parte interior de la mascarilla;
- 1 capa de tejido no tejido polipropileno de 20 gsm, que constituye la parte exterior de la mascarilla;

Datos del fabricante o proveedor del material:

Gabriel Poveda Verdú, S.L. Av. Libertad, 52. Polig. Salinetas en 03610 Petrer (Alicante).
Web: comertex.es Email: comertex@comertex.es Teléfono: 966955353.

Detalles técnicos:

- Material lavable: No.
- Resultado ensayos: Eficacia de filtración (BFE): 98,20%, Respirabilidad: 37,10 Pa/cm².

2. Que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar esta información en su página web, junto con el presente documento y los informes de ensayo citados. Asimismo, en el caso de que en el futuro se disponga de nueva información o haya que modificar los datos aportados, actualizará el presente documento y comunicará esta información al Ministerio para que actualice la información en la página web.

Firmado:

Gabriel Poveda Verdú. Gerente. En Petrer a 11 de Junio del 2020.



ANEXO:
EXTRACTO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

1. Ensayo del producto:

Nº y fecha del informe de ensayo: AR-20-YL-0029992-01. 28-05-20.

Entidad que ha realizado el ensayo: EUROFINS TEXTILE TESTING SPAIN, S.L.

Referencia de la muestra: NANOMASK GT.

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	98,20 +/- 0,76
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm ²) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	37,10 Pa +/- 3,9