

Declaración de cumplimiento con la especificación UNE 0064-1 y UNE 0064-2 en lo referente a los materiales a usar para mascarillas higiénicas no reutilizables

Nombre del emisor del documento:

ENTEX TEXTIL, S.L.

Referencia/s de los productos objeto del presente documento:

MUESTRA MASCARILLA DOBLE CAPA BAMBU

El emisor de este documento declara lo siguiente, conforme a los datos que se incluyen a continuación:

1. Que el material o la combinación de materiales indicada, es conforme con la especificación *UNE 0064* y *UNE 0064-2*, *Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso*, de acuerdo con los detalles siguientes:

FICHA DEL MATERIAL

Tejidos para ser usados en la confección de mascarilla CUATRO capas, de la siguiente forma:

- 1 capa de tejido 80% Bambú y 20% Poliéster que constituyen la parte exterior de la mascarilla;
- 2 capas de tejidos no tejido spunlace de 17g/m²; 100% Polipropileno que constituye la parte media de la mascarilla;
- 1 capa de tejido 80% Bambú y 20% Poliéster que constituyen la parte interior de la mascarilla.

Datos del fabricante o proveedor del material:

Nombre: **ENTEX TEXTIL, S.L.** Localidad: Valdemoro, Madrid
Web: www.entextextil.com Email: mask@entextextil.com
Teléfono: 649-86-57-60 / 609-16-23-02 / 646-41-99-33

Detalles técnicos:

- Material lavable: No.
- Resultado ensayos: Eficacia de filtración (BFE): **97,05% ± 3,05%** /Respirabilidad: **29 ± 1 Pa/cm²**.

2. Que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar esta información en su página web, junto con el presente documento y los informes de ensayo citados. Asimismo, en el caso de que en el futuro se disponga de nueva información o haya que modificar los datos aportados, actualizará el presente documento y comunicará esta información al Ministerio para que actualice la información en la página web.

Firmado:

Vicente Calatayud Pont

Director General

Madrid a 06 de Mayo del 2020

ANEXO:

EXTRACTO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

1. Ensayo del producto nuevo (sin lavar):

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM0674 / 04/04/2020

Entidad que ha realizado el ensayo: AITEX

Referencia de la muestra: **MUESTRA MASCARILLA DOBLE CAPA BAMBU**

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	97,05% ± 3,05%
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm ²) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	29 ± 1 Pa/cm²