

Declaración de cumplimiento con las especificaciones
UNE 0064-1 y UNE 0064-2 en lo referente a los materiales a usar
para mascarillas higiénicas no reutilizables

Nombre del emisor del documento: D^a CAROLINA GARCÍA MORENO CON DNI 71927730Z EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA ÚNICA DE SANITY GARCÍA MORENO, S.L., CON CIF B92003813, Y DOMICILIO EN C/ BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO 7, 29700 VÉLEZ-MÁLAGA.

Referencia/s de los productos objeto del presente documento: 00300025 MASCARILLA SANITY 4C.

El emisor de este documento declara lo siguiente, conforme a los datos que se incluyen a continuación:

1. Que el material o la combinación de materiales indicada, es conforme con las especificaciones *UNE 0064-1 y 0064-2, Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso*, de acuerdo con los detalles siguientes:

FICHA DEL MATERIAL

Tejidos para ser usados en la confección de mascarilla de CUATRO capas, de la siguiente forma:

- CUATRO CAPAS DE **SMS 15gr (Spunbond / Meltblown / Spunbond)**.

Datos del fabricante o proveedor del material:

Nombre: SANITY GARCÍA MORENO, S.L. Localidad: VÉLEZ-MALAGA (MÁLAGA)
Web: www.samitygm.com Email: info@sanitygm.com Teléfono: 952507886

Detalles técnicos:

- Material lavable: No.
- Resultado ensayos: Eficacia de filtración (BFE): 98,60%, Respirabilidad: 56,8 Pa/cm².

2. Que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar esta información en su página web, junto con el presente documento y los informes de ensayo citados. Asimismo, en el caso de que en el futuro se disponga de nueva información o haya que modificar los datos aportados, actualizará el presente documento y comunicará esta información al Ministerio para que actualice la información en la página web.

Firmado:
D^a CAROLINA GARCÍA MORENO
ADMINISTRADORA ÚNICA
VÉLEZ-MÁLAGA
05/05/2020



ANEXO:
EXTRACTO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

1. Ensayo del producto:

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM0927 / 17-04-2020 AL 23-04-2020

Entidad que ha realizado el ensayo: AITEX.

Referencia de la muestra: MASCARILLA SANITY

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	98,60 +/- 1,02
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm ²) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	56,80 +/- 1