

Declaración de cumplimiento con la especificación UNE 0065

en lo referente a los materiales a usar para mascarillas higiénicas reutilizables

Nombre del emisor del documento: COMERSAN, S.A., CIF A03078862, Pol. Ind Els Algars, calle Bañeres de Mariola s/n, Cocentaina (Alicante) CP 03820.

Referencia/s de los productos objeto del presente documento: TEJIDO PARA MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE – V 31586 DOBLE CARA

*Referencia comercial: ESTAMINE PLUS

El emisor de este documento declara lo siguiente, conforme a los datos que se incluyen a continuación:

1. Que el material o la combinación de materiales indicada, es conforme con la especificación *UNE 0065, Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso*, de acuerdo con los detalles siguientes:

FICHA DEL MATERIAL

Tejidos para ser usados en la confección de mascarilla de dos capas, de la siguiente forma:

- 2 capas de tejido 100% poliéster

Datos del fabricante o proveedor del material:

COMERSAN, S.A., CIF A03078862, Pol. Ind Els Algars, calle Bañeres de Mariola s/n, Cocentaina (Alicante) CP 03820.

Web: WWW.COMERSAN.COM Email: MASK@COMERSAN.COM Teléfono: 965545811

Detalles técnicos:

- Material lavable: SI
 - ✓ Método de lavado: *Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo normal de lavadora).*
- Número máximo de lavados indicados por el fabricante para mantener las prestaciones: 5 lavados
- Resultado ensayos del material sin lavar: Eficacia de filtración (BFE): 92,37 +/- 0.87 , Respirabilidad: 7 +/- 1 Pa/cm².
- Resultado ensayos tras los lavados: Eficacia de filtración (BFE): 95,71 +/- 1,36 , Respirabilidad: 7 +/- 1 Pa/cm².

2. Que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar esta información en su página web, junto con el presente documento y los informes de ensayo citados. Asimismo, en el caso de que en el futuro se disponga de nueva información o haya que modificar los datos aportados, actualizará el presente documento y comunicará esta información al Ministerio para que actualice la información en la página web.

Firmado: Jorge Sanjuan Perez

Consejero Delegado



ANEXO:
EXTRACTO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

1. Ensayo del producto nuevo (sin lavar):

Nº y fecha del informe de ensayo: 2020TM1787

Entidad que ha realizado el ensayo: AITEX.

Referencia de la muestra: TEJIDO PARA MASCARILLAS HIGIENICA REUTILIZABLE – V 31586 DOBLE CARA

Referencia comercial: ESTAMINE PLUS

Resumen de los resultados:

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	92,37 +/- 0.87
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm ²) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	7 +/- 1

2. Ensayo del producto tras el número máximo de lavados: 5 lavados

✓ *Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo normal de lavadora).*

	RESULTADOS (Promedio +/- DS)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE). (%) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	95,71 +/- 1.36
Respirabilidad (Presión diferencial). (Pa/cm ²) Ensayada según norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019.	7 +/- 1

*incluyendo el método de lavado realizado y el número de ciclos de lavados.